



校正機関 認定証

認定番号 RCL00490

機 関 名 称 : 株式会社 神戸工業試験場

所 在 地 : 兵庫県加古郡播磨町新島 4 7 - 1 3

貴機関は本協会の下記の基準に適合していることが認められましたので、ここに校正機関として認定します。

適 用 基 準 : JIS Q 17025:2018 (ISO/IEC 17025:2017)

認 定 範 囲 : 力学量 (附属書による。)

事 業 所 : 附属書による。

有 効 期 限 : 2028 年 9 月 30 日

改定日 2025 年 7 月 29 日

更新日 2024 年 10 月 1 日

初回認定日 2016 年 9 月 13 日

公益財団法人

日本適合性認定協会

理事長

三 木 幸 信



認定番号

RCL00490

認定証 附属書

(1/2頁)

試験所・校正機関の別	校正機関
機関名称	株式会社 神戸工業試験場
機関所在地	兵庫県加古郡播磨町新島 4 7 - 1 3

1) 校正を実施する事業所

事業所名称	播磨事業所
〒	675-0155
所在地	兵庫県加古郡播磨町新島 47-13
恒久的施設で行う校正か、 現地校正かの別	☐ 恒久的施設で行う校正 ☒ 現地校正

認定範囲

分類コード 測定対象量/ 校正品目	校正範囲	拡張不確かさ ¹⁾	校正手順書・備考
M14.6 力 M14.6.1 一軸試験機 (試験力) ／引張・圧縮一軸試験機 (引張のみ)	1 kN 以上 100 kN 以下	0.27 %	CE0301-01 ねじ式引張一軸試験機試験力校正手順(JIS Q 17025) JIS B 7721 又は ISO 7500-1 : 附属書の一般検査を除く 常用参照標準器 1 級 (JIS/ISO)
M14.6.1 一軸試験機 (試験力) ／引張・圧縮一軸試験機 (引張のみ)	1 kN 以上 100 kN 以下	0.41 %	CE0301-01 ねじ式引張一軸試験機試験力校正手順(JIS Q 17025) ASTM E4 : 繰り返し回数を 2 回から 3 回に変更 常用参照標準器 Class A (ASTM)
M14.6.1 一軸試験機 (試験力) ／レバー式引張一軸試験機	0.5 kN 以上 30 kN 以下	0.21 %	CE0301-03 レバー式引張一軸試験機試験力校正手順(JIS Q 17025) ISO 7500-2 : 附属書の一般検査を除く 常用参照標準器 1 級 (ISO)
M14.6.1 一軸試験機 (試験力) ／レバー式引張一軸試験機	0.5 kN 以上 30 kN 以下	0.24 %	CE0301-03 レバー式引張一軸試験機試験力校正手順(JIS Q 17025) ASTM E4 : 繰り返し回数を 2 回から 3 回に変更 常用参照標準器 Class A (ASTM)
1) 包含係数に関する情報	☒ 信頼の水準約 95 %, $k=2$ ☐ t 分布に基づき求めた有効自由度に応じた包含係数であり、95 % の信頼の水準をもつと推定される区間を与える。 ☐ その他()		



認定番号

RCL00490

認定証 附属書

(2/2頁)

試験所・校正機関の別	校正機関
機関名称	株式会社 神戸工業試験場
機関所在地	兵庫県加古郡播磨町新島 4 7 - 1 3

【認定証に係る注記】

- 1)この認定は、上記規格に規定されたラボラトリ活動を対象とするものであり、規格に含まれるその他の活動、例えばリスクマネジメント、リスクアセスメントの実施等はラボラトリの認定された能力の範囲には含まない。
- 2)年号及び/又は版番号の表記がない場合、最新規格の発行後半年以内に最新版に対応した試験・校正・サンプリングを実施する。

公益財団法人
日本適合性認定協会